



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Igiene del Lavoro

Nella risposta
citare il seguente riferimento:
DIPARTIMENTO IGIENE DEL LAVORO
Direzione

Prot. n. AOO-04/000 /08

00040 Monte Parzio Calone (RM).....
Via Fontana Candida, 1 - Tel. 06/94181

Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Chieti
P.O. "SS. Annunziata"
U.O.C. di Fisica Sanitaria

c.a. Dott. Gerardo Sanità Di Toppi

Via Valignani
66100 CHIETI

Oggetto: richiesta parere

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, il parere in precedenza richiesto, così come elaborato dal Laboratorio Radiazioni Ionizzanti di questo Dipartimento

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
IGIENE DEL LAVORO

Prof. Roberta CURINI



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Igiene del Lavoro

Laboratorio Radiazioni Ionizzanti

Prot. 259 / 08

00040 Monte Porzio Catone (RM).....
Via Fontana Candida, 1 - Tel. 06/94181

Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Chieti
P.O. "SS. Annunziata"
U.O.C. di Fisica Sanitaria

c.a. Dott. Gerardo Sanità Di Toppi

Via Valignani
66100 CHIETI

In base a quanto contenuto nell'art. 77 del D.Lgs. 230/95, non possono svolgere la mansione di Esperto Qualificato il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti all'attività di cui trattasi nel quale si fa utilizzo di radiazioni ionizzanti. Nel caso rappresentato nella Sua rispettabile nota, pare per quanto sopra evidente che le funzioni di esperto qualificato nelle strutture sanitarie possono, senza alcun limite, essere svolte da parte di fisici dipendenti che siano iscritti nell'elenco nazionale degli esperti qualificati, tranne che nell'unico caso per il quale la sorveglianza fisica della radioprotezione debba essere attivata per sorgenti che siano in carico al servizio (generalmente, di fisica sanitaria) nel quale è inquadrato il fisico stesso.

Il Laboratorio Radiazioni Ionizzanti

Dott. Francesco Campanella